



Váš dopis zn.	ze dne 25.3.2021
Naše značka	P22304
Vyřizuje	Irena Čadilová oddělení odečtů a technické podpory Ke Kablu 971, Praha 10
Tel. / fax	840 111 112
Email	info@pvk.cz
Datum	12.5.2021

SBD Praha
Střelnická 1861/8a
182 00 Praha 8

Číslo odběru 300063-394

Vážení odběratelé,

na základě Vaší žádosti bylo provedeno úřední přezkoušení vodoměru u výše uvedeného odběru na adrese Praha 9 - Libeň, náměstí Na Balabence 1438/2, které prokázalo, že vodoměr nevyhovuje stanoveným metrologickým předpisům.

Jelikož pro přehodnocení fakturace nelze použít průměrnou spotřebu ze srovnatelného období (denní průměr byl vyšší), bude v červenci proveden mimořádný odečet vodoměru a fakturaci po zkoušce dořešíme až po tomto odečtu.

S pozdravem


Bc. Petr Benák
vedoucí oddělení odečtů a technické podpory
Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
102 00 Praha 10, Ke Kablu 971
Úsek finančního ředitele
544

Příloha – Osvědčení č. 110-2021

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

Kontaktní centrum: 601 274 274, 840 111 112, E-mail: info@pvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5297

IČ: 25656635, DIČ: CZ25656635

www.pvk.cz

KAPKA, spol. s r.o., Bylany 85, 284 01 Kutná Hora

autorizovaný Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a statní zkušebnictví jako

Autorizované metrologické středisko pro ověřování stanovených měřidel v oboru:
vodoměry na teplou a studenou vodu a hydraulické členy měřičů tepla
s přidělenou úřední značkou: **K 31**

OSVĚDČENÍ O PŘEZKOUŠENÍ STANOVENÉHO MĚŘIDLA

podle § 11a zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

OP- 110-2021

Počet stran: 1

Přílohy: 1

Datum vydání: 26.4.2021

Výše uvedené Autorizované metrologické středisko jako orgán provádějící přezkušování stanovených měřidel v souladu s §11a a 16 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) provedlo na základě požadavku žadatele přezkoušení stanoveného měřidla ve smyslu §11a zákona.

Žadatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Stanovené měřidlo:

Název (druh):	Vodoměr
Výrobce:	SENSUS
Typ:	MEITWIN
Výrobní číslo	9615287 / 34207391
Identifikace certifikátu přezkoušení typu:	
Specifikace:	Qn=15.0 DN50 SV

Datum provedení: 23.4.2021

Místo provedení: KAPKA, spol.s r.o Kutná Hora

Přílohou tohoto osvědčení je Zkušební protokol č. KA- 110-2021

S ohledem na výsledek přezkoušení výše uvedené stanovené měřidlo **nesplňuje** požadavky stanovené Opatřením obecné povahy č. 0111-OOP-C35-14.

Na základě výše uvedeného výsledku zaniká platnost ověření stanoveného měřidla ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 vyhlášky 262/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho další používání by bylo v rozporu se zákonem.

razítko AMS:



vedoucí AMS: Ing. Zdeněk Lebeda

KAPKA, spol. s r.o., Bylany 85, 284 01 Kutná Hora

autorizovaný Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a statní zkušebnictví jako

Autorizované metrologické středisko pro ověřování stanovených měřidel v oboru:

vodoměry na teplou a studenou vodu a hydraulické členy měřičů tepla

s přidělenou úřední značkou: K 31

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL

o přezkoušení stanoveného měřidla podle § 11a zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

KA-110-2021

Příloha k dokumentu „Osvědčení o přezkoušení stanoveného měřidla“

Počet stran: 1

Datum vydání: 26.4.2021

Zákazník: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Stanovené měřidlo:

název (druh): Vodoměr
výrobce: SENSUS
typ měřidla: MEITWIN
výrobní číslo: 9615287 / 34207391
identifikace certifikátu přezkoušení typu:
specifikace: Qn=15.0 DN50 SV

Kriteriální předpis: Opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C035-14

Metoda zkoušení: Opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C035-14

Výsledky vnější prohlídky: měřidlo opatřeno stanovenými označeními a je způsobilé ke zkoušce

Podmínky přezkoušení:

Použité etalony: Vodoměrná zkušební stanice ESCH 02 vyr. Schinzel

etalon: Krychloměr 5200 v.č.: 158974 kal. list: 1033-KL-62005-19

Výsledky přezkoušení:

Zkušební průtok [m ³ /h]		Nejvyšší dovolená chyba [%]	Skutečná chyba [%]
Qn	15,0000	± 4	3,72
Qt	3,0000	± 4	2,07
Qmin	0,4500	± 10	<u>25,29</u>

stav počítadla vodom. před zkouškou (m ³)	3167,509	stav počítadla vodom. po zkoušce (m ³)	3168,183
---	----------	--	----------

Závěr: V případě parametrů zvýrazněných podtržením stanovené měřidlo nesplňuje požadavky stanovené Opatřením obecné povahy č. 0111-OOP-C035-14.

Datum provedení: 23.4.2021

Místo provedení: KAPKA, spol.s r.o - AMS K 31, Bylany 85, 284 01 Kutná Hora

Zkoušku provedl: Roman Nádvorník

Razítko AMS:

Podpis:

